

2018年3月30日高分子科学与工程学院实验室安保检查情况

楼名/房间	安全隐患	整改情况	整改前	整改后
西四教 202	废液，废桶，废纸箱堆积	已整改		
西四教	灭火器过期	已提醒		

<p>西四教</p>	<p>钢瓶未贴标签</p>	<p>已提醒</p>		
<p>西四教</p>	<p>插排连接干燥器， 冰箱上有纸箱放置</p>	<p>已提醒</p>		

<p>西四教</p>	<p>低温保存箱上有 纸箱放置</p>	<p>已提醒</p>		
<p>逸夫楼</p>	<p>散热设备上放纸 箱，药瓶未分类</p>	<p>已提醒</p>		

逸夫楼	废液敞开放置	已提醒		
学院附楼 201	冰箱上有杂物	已整改		
学院附楼 215	烘箱接线板	已整改		

学院附楼 105	墙上线板脱落	已整改		
学院附楼	冷冻干燥机接线板	已提醒		
学院主楼 308	大功率用电器未隔断叠放使用	已整改		

学院主楼	线板串联使用	已提醒		
学院主楼 313	废液堆积	已整改		
学院主楼	冷冻干燥机接线板使用, 仪器摆放凌乱	已提醒	 	

学院主楼 317	冷冻干燥机接线板使用	已整改		
学院主楼	冷冻干燥机接线板使用	已提醒		